



**ЗАВОД
РАДАН**

www.zavodradan.ru
info@zavodradan.ru

ООО Завод «РаДан», ИНН 6686009020, КПП 668601001
ОГРН 1126686010241, р/с 40702810116540041067
в ПАО СБЕРБАНК г. Екатеринбург, БИК 046577674

620135, г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д.20, стр. Д
тел. (343) 216-90-10 (11,12)

Исх.№ 71 от 01.06.2023 г.

По месту требования

Информационное письмо

В период с февраля по апрель 2023 года сотрудниками ООО Завод "РаДан" были проведены внеочередные испытания для выявления нарушений в работе счетчиков газа, вызванных акустическими помехами высокой частоты, производимыми узлами редуцирования газа (УРГ). Целью испытаний было выявление минимальной необходимой длины газопровода между УРГ и счетчиками Принц (типоразмеры от G1.6 до G10), Принц-М (типоразмеры от G1.6 до G40), исключающей влияние акустических помех высокой частоты от УРГ на работу данных приборов, при которой установка акустического фильтра серии ФА-1 не требуется.

В результате проведенных испытаний установлено:

При длине газопровода между счетчиками G1.6 - G10 и УРГ - 15 м. и более, а между счетчиками G16 - G40 и УРГ - 25 м и более, влияние акустических помех на работу счетных механизмов отсутствует.

В связи с полученными данными, просим считать следующее требование обязательным к применению:

При длине газопровода между счетчиками G1.6 - G10 и редуктором менее 15 м обязательно установить между ними акустический фильтр ФА-1.1.

При длине газопровода между счетчиками G16 - G40 и редуктором менее 25 м обязательно установить между ними акустический фильтр ФА-1.2.

Данное требование актуально для всех счетчиков газа Принц и Принц-М, выпущенных после 09.01.2023г.

Директор ООО Завод «РаДан»

В.А. Балакин

